器具ホルダー　取扱説明書

❸固定したい器具等を挟み込み、
Dを締め付けて固定します。

D

C

❹固定位置を決定し、
Cをしめつければ、
関節部分すべてが
固定できます。

弛緩時ここは
回転するので
位置決めの際
利用ください

B

❷支柱の固定はBで行います。

A

❶ﾍﾞｰｽｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄを手術台のレールに
取り付けAを締め付け固定します。

滅菌はｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、EOG、ｽﾃﾗｯﾄﾞが可能です。
使用後は充分に洗浄を行いよく乾燥させてください。
洗浄の際目の粗い磨き粉や金属ウールにて表面を磨かないでください。